

■ 治験薬保管の温度記録および校正について

青字の記録・証明書は、臨床研究推進センターに保管

機器		設定温度	メーカー	型番	方法	頻度	前回の日付	記録
治験薬保管庫	恒温槽	15-25℃	ヤマト科学(株)	IN604W	メーカー点検	年1回	2017/6/19, 20	バリデーション記録
	室温	1-25℃	—	—	—	—	—	—
	保冷库①	2-8℃	パナソニックヘルスケア(株)	MPR-514-PJ	メーカー点検	年1回	2016/11/4	バリデーション記録
	保冷库②	2-8℃		MPR-514-PJ	メーカー点検		2016/11/4	バリデーション記録
	保冷库③	2-8℃		MPR-514-PJ	メーカー点検		2017/9/28	バリデーション記録
治験薬保管庫 温度計	恒温槽	15-25℃	ティアンドディ(株)	おんどとり RTR-502	外部機関校正	年1回	2017/9/27	校正証明書
	室温	1-25℃					2017/9/27	校正証明書
	保冷库①	2-8℃					2017/9/27	校正証明書
	保冷库②	2-8℃					2017/9/27	校正証明書
	保冷库③	2-8℃					2017/9/27	校正証明書